

**新型コロナウイルスワクチンの集団接種におけるワクチンの破棄事案の発生について**

与謝野町では、6月6日（日）、「野田川わーくばる（与謝野町四辻161番地）」で実施しました新型コロナウイルスワクチンの集団接種（午前の部）におきまして、ファイザー社製新型コロナウイルスワクチン6回接種分を破棄する事案が発生しましたので、お知らせします。

**《概要》**

ファイザー社製新型コロナウイルスワクチン1バイアル（瓶）を生理食塩液1.8mLで希釈した。その希釈液から接種用注射器に1回接種分0.3mLを吸引したところ、本来であれば6回接種分吸引できるところ5回接種分しか吸引することができなかった。

希釈用の生理食塩液の注入作業は看護師2名が確認し作業を行っていたが、適切に希釈されたワクチンではない可能性があるとして判断し、6回接種分のワクチンを廃棄した。

**《今後の対応について》**

新型コロナウイルスワクチンの希釈及び接種用注射器への吸引については、接種場所の入口付近で作業を行っていたため、作業に集中できる環境に変更を行うこととしている。

**【取材・問い合わせ先】**

保健課（担当：平野）

TEL：0772-43-9022