

A E D（自動体外式除細動器）購入仕様書

- 1 物品名称 A E D（自動体外式除細動器）
- 2 納入場所 京都府与謝郡与謝野町字岩滝 1798 番地 1 与謝野町役場 総務課
- 3 納入期間 令和 9 年 1 月 12 日から令和 9 年 1 月 29 日までの間
- 4 納入台数 1 2 台
- 5 機器仕様

(1) 機能

- ・ A E D 本体及び除細動パッドともに医療器具として「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（以降、「薬機法」という。）に基づく承認を受けていること。
- ・ J R C ガイドライン 2 0 2 0、もしくは 2 0 2 5 に対応する新品の機器であること。
- ・ A E D 本体の耐用年数が 7 年以上であること。
- ・ バッテリーの待機寿命が 4 年以上であること。
- ・ 通電波形は、二相性波形で出力エネルギーは 2 0 0 J 以下であること。
- ・ 待機時の温度条件が、 -5°C ～ 50°C の範囲であること。
- ・ 成人と小児（未就学児）どちらに対しても使用でき、使用する際に除細動パッドを交換することなく、本体の切替えスイッチまたは小児用キー等により、本体側で出力エネルギーを減衰できること。
- ・ 2 枚に分かれた電極パッドであること。また、パッドの使用期間の目安が 2 年以上であること。
- ・ A E D が電気ショックを必要であると判断した後であっても、傷病者の心電図波形が正常心電図に戻った場合には、安全機能として電気ショックを自動取消しする機能を有すること。
- ・ 機器本体がセルフテストを実施し、不具合が生じた場合は音や表示で警告するものであること。
- ・ A E D のセルフテスト結果を遠隔監視できること。また、その内容をインターネットの W e b 機能で確認できること。

(2) 参考機種

- ・ 日本光電工業株式会社 カルジオライフ A E D－3 1 0 0
- ・ フクダ電子 D Y N A H E A R T F A－S 1 D

※上記以外の機器で入札参加しようとする場合は、製造元及び型式を明記の上、カタログ及び仕様書を添えて質疑期限までに申請すること。（審査により同等品に値するか判断します。）

(3) 1台あたりの製品構成

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| ・ A E D本体 | 1 台 |
| ・ バッテリ | 1 本 |
| ・ 除細動パッド（ケーブル等を含む） | 1 セット |
| ・ キャリングケース | 1 個 |
| ・ 取扱説明書 | 1 式 |
| ・ リモート監視機器 | 1 式 |
| ・ その他（1）の機能の欄に記載している事項を満たすためのオプション機器等 | |

6 メンテナンス等

- ・ 通常保管管理状態での故障及び破損などに対しては、迅速なメンテナンスを行うこと。
- ・ 納入日以降において、担当者と調整を行い、A E Dの使用方法（心肺蘇生講習）を1回受注者の負担で実施すること。なお、会場は町の施設を利用するため会場費用は不要とする。またオンライン形式での実施も可とする。

7 その他

- ・ 受注者は、薬機法に基づく「高度管理医療機器等販売業」の許可を有している営業所であること。
- ・ 設置場所に、消防署は含まれていない。
- ・ 購入後のバッテリーやパッド等の消耗品は、必要に応じて別途購入する。なお、本件の落札者から購入することを保証するものでない。
- ・ 納入日は、「3 納入期間」で指定する期間内とし、担当者と調整した上で決定すること。
- ・ 納入日以降において、既存のA E D本体、除細動パッド及びバッテリー等は受注者が引き取ること。